0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Amikacin AMI 30 µg	* 19-26	* 20-26	* 18-24	X
Amoxicillin-Clavulansäure AMC 20/1 µg	X	X	* 19-25	X
Amoxicillin-Clavulansäure AMC 20/10 µg	* 18-24	X	X	X
Ampicillin AMP 2 µg	X	X	15-21	* 15-21
Ampicillin AMP 10 µg	* 15-22	X	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Ampicillin-Sulbactam SAM 10/10 µg	 * 19-24	X	X	X
Azithromycin ATH 15 µg	 14-20	X	* X	X
Aztreonam AZT 30 µg	 * 28-36	 * 23-29	X	X
Benzylpenicillin BEN 1 IU (Penicillin-G P 1 IU)	X	X	 * 12-18	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Cefadroxil CDR 30 µg	 14-20	X	X	X
Cefalexin CLE 30 µg	 * 15-21	X	X	X
Cefazolin CZO 30 µg	 * 21-27	X	X	X
Cefepim CEP 30 µg	 * 31-37	 * 25-31	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Cefiderocol 30 µg	 * 24-30	 * 23-29	X	X
Cefixim CIX 5 µg	 * 20-26	X	X	X
Cefotaxim CTA 5 µg	 * 25-31	X	X	X
Cefoxitin CXI 30 µg	 * 23-29	X	 * 24-30	X
Cefpodoxim CPO 10 µg	 * 23-28	X	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System

Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Ceftaroline CTL 5 µg	 * 24-30	X	 * 24-30	X
Ceftazidim CTZ 10 µg	 * 23-29	 * 21-27	X	X
Ceftazidim-Avibactam CTV 10/4 µg	 * 24-30	 * 21-27	X	X
Ceftibuten CTI 30 µg	 * 27-35	X	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Ceftobiprole BPR 5 µg	 * 25-31	X	 * 22-28	X
Ceftolozan-Tazobactam CTT 30/10 µg	 * 24-32	 * 25-31	X	X
Ceftriaxon CTR 30 µg	 * 29-35	X	X	X
Cefuroxim CUR 30 µg	 * 20-26	X	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Chloramphenicol CHL 30 µg	 * 21-27	X	 * 20-28	X
Ciprofloxacin CIP 5 µg	 * 29-37	 * 25-33	 * 21-27	 * 19-25
Clindamycin CLI 2 µg	X	X	 * 23-29	X
Doripenem DOR 10 µg	 * 27-35	 * 28-35	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Eravacycline ERV 20 µg	 * 18-24	X	 * 20-26	 * 20-26
Ertapenem ETP 10 µg	 * 29-36	X	X	X
Erythromycin ERY 15 µg	X	X	 * 23-29	X
Fosfomycin FOS 200 µg (+ 50 µg Glukose-6-Phosphat)	 * 26-34	* X	* X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Fusidinsäure FUS 10 µg	X	X	* 26-32	X
Gentamicin GEN 10 µg	* 19-26	* 17-23	* 19-25	X
Gentamicin GEN 30 µg	X	X	X	* 12-18
Imipenem IMI 10 µg	* 26-32	* 20-28	X	* 24-30
Imipenem-Relebactam IMR 10/25 µg	* 27-33	* 26-31	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System

Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Lefamulin LEF 5 µg	X	X	* 23-29	X
Levofloxacin LEV 5 µg	* 29-37	* 19-26	* 23-29	* 19-25
Linezolid LIN 10 µg	X	X	* 21-27	* 19-25
Mecillinam MEC 10 µg	* 24-30	X	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Meropenem MER 10 µg	 * 28-35	 * 27-33	X	X
Meropenem-Vaborbactam MEV 20/10 µg	 * 31-37	 * 29-35	X	X
Minocycline MIN 30 µg	X	X	 * 23-29	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System

Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Moxifloxacin MOX 5 µg	 * 28-35	X	 * 25-31	X
Mupirocin MUP 200µg	X	X	 * 31-37	
Nalidixinsäure NAL 30 µg	 * 22-28	X	X	X
Neomycin N 10 µg	 14-20	X	 16-22	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Netilmicin NET 10 µg	 * 18-24	 * 15-21	 * 20-26	X
Nitrofurantoin NIT 100 µg	 * 17-23	X	 * 17-23	 * 18-24
Nitroxolin NIX 30 µg	 * 18-24	X	X	X
Norfloxacin NOR 10 µg	 * 28-35	X	 * 18-24	 * 16-22

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Ofloxacin OFL 5 µg	* 29-33	X	* 21-27	X
Oxacillin OXA 1 µg	X	X	19-25	X
Pefloxacin PFL 5 µg	26-32	X	X	X
Piperacillin PIP 30 µg	* 21-27	* X	X	X
Piperacillin/Tazobactam PIT 30/6 µg	* 21-27	* 23-29	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Quinupristin-Dalfopristin QUD 15 µg	X	X	* 21-27	* 11-17
Rifampicin RIF 5 µg	X	X	* 30-36	X
Streptomycin STR 10 µg	12-20	X	X	X
Streptomycin STR 300 µg	X	X	X	14-20

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System

Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Tedizolid TED 2 µg	X	X	* 19-25	X
Teicoplanin TEI 30 µg	X	X	X	* 15-21
Temocillin TMO 30 µg	* 16-22	X	X	X
Tetracycline TET 30 µg	X	X	* 23-31	X
Ticarcillin TIC 75 µg	* 24-30	* X	X	X

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Ticarcillin-Clavulansäure TIL 75/10 µg	* 24-30	* 20-28	X	X
Tigecycline TIG 15 µg	* 20-27	X	* 19-25	* 20-26
Tobramycin TOB 10 µg	* 18-26	* 20-26	* 20-26	X
Trimethoprim TRI 5 µg	* 21-28	X	* 22-28	* 24-32
Trimethoprim/Sulfamethoxazol TRS 1,25/23,75 µg (Cotrimoxazol SXT 25 µg)	* 23-29	X	* 26-32	* 26-34

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System

Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Der Keim zeigt sich im Soll, wenn der Hemmhof innerhalb der beiden Kreise (im Range) liegt.

	Escherichia coli ATCC 25922	*Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	*Staphylococcus aureus* ATCC 29213	*Enterococcus faecalis* ATCC 29212
Vancomycin VAN 5 µg	X	X	* X	*  10-16

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de

0 1 2cm

AUROSAN
Medizin. Produkte. Technik. Kompetenz.

Schablonen für die Referenzkeime (EUCAST 14.0 – 01.01.2024) zur eigenen, zeilenweisen Anpassung (Bestellnummer MD1507)

Anleitung zum Selbsteditieren der Schablonen

1. Nach dem Öffnen der Datei prüfen Sie bitte zuerst, ob die Seitenränder links und rechts 1 cm Abstand haben (Druckrand).
2. „Eigene“ Version unter anderem Namen abspeichern.
3. Wählen Sie eine gewünschte Zeile mit der Maus aus und verschieben Sie sie auf die gewünschte Position (nach oben oder nach unten).
4. Die Zeilen, die nicht mehr benötigt werden (d.h. die Antibiotika, die für Sie nicht relevant sind), können Sie mit der Taste „Entf“ löschen.
5. Zur bestmöglichen Anwendung auf Folien ausdrucken oder die „eigene“ Version an service@aurosan.de emailen. Wir schicken Ihnen dann Folienausdrucke gegen eine Schutzgebühr zu.
6. Beim Drucken achten Sie bitte darauf, dass die Seite nicht skaliert wird und ***in Originalgröße*** gedruckt wird.
7. Nach dem Ausdrucken bitte einmal stichprobenweise die Durchmesser von 1-2 Ringen mit dem Lineal überprüfen bzw. das aufgedruckte Lineal oben links auf der Seite auf Richtigkeit überprüfen.
8. Einmal im Quartal die aurosan.de Mediathek für Kunden auf Updates überprüfen (EUCAST aktualisiert auch unterjährig)

Herzliche Grüße,
Ihr Team von AUROSAN

* testbar in Agardilutionsverfahren (MHK-Bestimmung), z.B. mit dem MICRONAUT-System
Stand: 15.01.2024, Ref: EUCAST v 14.0 (01.01.2024)

AUROSAN GmbH | Frankenstr. 231, D-45134 Essen | Tel. +49 201 21961-701 | Fax +49 2573 69795-9917
service@aurosan.de | www.aurosan.de | www.aurosan-shop.de | www.aurosan-gesundes-leben.de